

Информированное согласие на проведение RF - процедур

Я, [...], даю согласие на проведение процедуры RF-лифтинга (подтяжка кожи лица, шеи, декольте, кистей рук), RF-липолиза (лечение целлюлита, уменьшение объемов, подтяжка кожи) на косметологическом аппарате Regen Trilipo Maximus .

Мне разъяснено, что радиочастотная технология – это электротерапевтический метод с использованием тока высокой частоты, который способствует контролируемому прогреву тканей с целью улучшения обменных процессов, стимуляции обновления коллагена, активизации процессов липолиза.

Процедура сопровождается ощущением тепла на коже, не требует анестезии и реабилитационных мероприятий.

Противопоказаниями к проведению процедур являются:

- наличие кардиостимулятора;
- наличие металлических имплантатов (в том числе стоматологических - крупные конструкции, множественные имплантаты в одной зоне);
- «золотые нити»;
- возраст до 18 лет;
- беременность, лактация;
- онкологические заболевания, в том числе в анамнезе;
- иммунодепрессивное состояние (ВИЧ-инфекция);
- общие заболевания в стадии обострения;
- острые инфекционные заболевания;
- варикозное расширение вен в области воздействия;
- келоидная болезнь;
- хронические дерматозы в стадии обострения;
- инфаркт миокарда в анамнезе;
- гипертоническая болезнь второй Б стадии;
- свежий загар (через 7-10 дней);
- прием тетрациклина (доксциклина, юнидокс солютаб), изотретиноина (роаккутана).

Я понимаю, что этот метод коррекции возрастных изменений / фигуры не является радикальным и часто назначается в сочетании с другими методами (инъекции, пилинги, коррекционное питание, физические нагрузки, массажные техники и др.).

Я даю свое согласие на проведение фотосъемки в процессе лечения для динамического наблюдения.

Я понимаю целесообразность курсового воздействия (6-8-10 процедур с периодичностью 1 раз в 7-10 дней) и необходимостью проведения поддерживающих процедур 1 раз в 1,5-3 месяца.

Этапы процедуры:

1. Демакияж, очищение
2. Нанесение токопроводящего состава (глицерин/гель для РФ).
3. Проведение процедуры с исходным и периодическим контролем температуры кожи пирометром.

Электрод подбирается в зависимости от зоны воздействия.

Перемещается электрод круговыми движениями, с умеренной скоростью и должен всегда плотно прилегать к мягким тканям.

Каждая зона обрабатывается не меньше 3-5 минут с момента достижения необходимой температуры (повышение должно составлять порядка 10°C от исходной).

Периорбитальная область обрабатывается исключительно до костного края.

Функция Динамической мышечной активации используется по телу, на лице в субментальной области и в области жевательной мышцы, а мощность подбирается по ощущениям пациента (должно быть комфортно).

4. Очищение кожи по завершению процедуры.

5. Нанесение завершающего средства (крем по типу кожи).

Дата: [...]

Подпись врача: _____ / [...]

Подпись пациента: _____ / [...]